


Fiche technique du produit

asecos®



Convient pour le stockage des produits dangereux suivants :



Code article 37007-005-33763

Prix de vente recommandé 2 293,50 \$US - départ usine¹

Armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90 Modèle UB90.060.059.UL.T
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016), équipée avec 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Certificat

- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE
- certifié UL/ULC 1275

Fonction / Construction

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique** : la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable** : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

Fiche technique du produit



Caractéristiques techniques




Dimensions l x P x H extérieures	593 x 574 x 600 mm
Dimensions l x P x H intérieures	470 x 452 x 502 mm
Profondeur avec portes ouvertes	1 044,00 mm
Poids net	111,00 kgs
Résistance au feu	90 minutes
Conforme CE certifiée GS	oui (1)
Conforme à la norme	EN 14470-1
Conforme à la norme	EN 16121/16122
Certifié UL/ULC 1275	Oui
Fermeture automatique des portes	non (0)
Système de maintien de porte	non (0)
Angle d'ouverture de porte	93 °
Extraction d'air	50 NW
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	1 Pa
Renouvellement de l'air 10 fois	1 m³/h
Nombre de niveaux de stockage	1 Nbre
Capacité de charge de caillebotis	75,00 kgs
Capacité du bac de rétention au sol	12,00 Litres
ecI@ss 14.0	40-06-01-04
UNSPSC code	24112402
Numéro des douanes	94032080
GTIN	4054923229921

[Vers le moteur de recherche de produits](#)


[Vers le catalogue](#)

[Vers asecos.com](#)

Fiche technique du produit



technische Änderungen vorbehalten

	Datum	Name	
Bearb.	19.03.2014	M. Vigelius	
Gepr.			
UB90.060.059.050.TR	30484		UB90.060.059.T
UB90.060.059.050.T	30483		Sicherheitsschrank
UB90.060.059.TR	30482		
UB90.060.059.T	30481		
Modell	ID		Ansichtszeichnung

Anmerkung zu aufgeführten R-Versionen:
Türanschlag entgegen Abbildung rechts,
Anschlußmaße identisch

Blatt
BI
8/2017